



ONKOLOGIA

Przygotowanie - transport - infuzja

Qimono  
by VYGON

Łączenia o najwyższym stopniu  
bezpieczeństwa

**VYGON**

Value Life

# 7 podstawowych elementów bezpiecznego łączenia w farmakologii onkologicznej

## Qimono proponuje

- 1 Łączenia bezgwintowe**
- Eliminacja ryzyka zbyt luźnego lub zbyt ciasnego połączenia
  - Mniejsze ryzyko uszkodzeń zmęczeniowych

- 2 Możliwość łączenia z urządzeniami o końcówkach Luer**
- Łączenie z akcesoriami wyposażonymi w końcówki typu luer (np. strzykawkami, liniami przedłużającymi itp.)


- 3 Prosty to przepływu płynu**
- Ułatwia aspiracje i iniekcje
  - Umożliwia skuteczne płukanie

- 4 Tworzywo odporne na działanie agresywnych rozpuszczalników**
- Uniknięcie pęknięć urządzeń medycznych pod wpływem działania substancji medycznych


- 5 Bariera bakteriologiczna i farmakologiczna**
- Zabezpieczenie personelu przed skażeniem substancjami aktywnymi, a leków przed skażeniem mikrobiologicznym

- 6 Łatwa dezynfekcja końcówek męskich i żeńskich**
- W miarę potrzeby możliwość wielokrotnego odłączania i podłączania urządzeń.


- 7 Kompleksowe bezpieczeństwo**
- Wszelkie manipulacje sprzętem są bezpieczne
  - Eliminacja ryzyka podłączenia potencjalnie niekompatybilnych akcesoriów

- 1 Łącznik bagnetowe Luer**
- 


- 2 Żeńska końcówka Qimo kompatybilna ze standardem Luer**
- 

- 3 Rurka prosta Qimo z łącznikiem męskim i żeńskim**
- 

- 4 Łącznik bagnetowy Luer z odpornego tworzywa**
- 

- 5 Zawory automatycznie zamykające się w momencie odłączenia**
- 

- 6 Płaskie membrany w łącznikach męskich i żeńskich**
- 

- 7 Pełna gama urządzeń i akcesoriów medycznych do przygotowania, transportu i infuzji.**
- 

## Bibliografia

- 1 Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic and other Hazardous Drugs in Health Care Settings, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), September 2004
- 2 ISOPP Standards of Practice: safe handling of cytotoxics - Section 7 Medical devices, International Society of Oncology Pharmacy Practitioners (ISOPP), J Oncol Pharm Pract, 2007.
- 3 Infusion Nurses Standards of Practice, Page S32, section 27, Practice Criteria A, The Infusion Nurses Society (INS), 2011.
- 4 Choosing the best design for Intravenous needleless connectors to prevent bloodstream infections, William R. Jarvis, MD, Infection Control Today, 28th July 2010.
- 5 Combattre les TMS par l'ergonomie, Florence Martinache, Industrie Pharma magazine. 1st May 2012.
- 6 Troubles Musculo-squelettiques :analyse critique des équipements hospitaliers, I. Juret, V. Josselin, S. Moisan, Chinon (CHU Angers, France), Section 3.2, p.45.
- 7 Efficacy of the Valve Systems of Needle-Free Closed Connectors, report 67-08-A, The Health Protection Agency UK, 21 May 2009.
- 8 An evaluation of Bionector Microbial Integrity, report 65-07, The Health Protection Agency UK, 28th November 2007.
- 9 Validation of the Manual Disinfection Procedure after multiple handling, NAMSA, report 178835, 28th February 2014.
- 10 Chemical resistant connection - WP3 QIMO, Vygon SA, December 2015.
- 11 Qimo ♀ Luer compatibility - WP2 QIMO, Vygon SA, December 2015.
- 12 Qimono closed system - WP4 QIMO, Vygon SA, December 2015.

Szczegółowe informacje można uzyskać kierując zapytanie na adres: [questions@vygon.com](mailto:questions@vygon.com)

Niniejsza ulotka ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

---

VYGON, Polska Sp z o.o.  
ul. Francuska 39/6  
03-905 Warszawa  
tel./fax.: (22) 617-26-97, (22) 617-18-54



[www.vygon.com.pl](http://www.vygon.com.pl)